# 入　札　説　明　書

新生児用救急車の調達（購入）に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

１　公告日

平成27年10月13日（火）

２　競争入札に付する事項

(1) 調達をする物品等の種類

新生児用救急車

(2) 納入期限

平成28年３月25日（金）

(3) 納入場所

大分県立病院

(4) 仕様書

別添のとおり

３　競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

この調達については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。

(3) この調達に係る営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ている者であること。

(4) この公告の日から下記10に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。

(5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。

なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。

ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ　暴力団員が役員となっている事業者

エ　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者

オ　暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者

カ　暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者

キ　暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者

ク　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(6) この調達に係る仕様書に基づき、大分県知事に納入品認定申請書を提出し、本入札への参加を認めることについて、通知を受けた者であること。

4　競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所

上記３の(2)に掲げる入札参加資格のない者で入札を希望する者は、競争入札参加資格審査申請書に必要書類を添付して、次に掲げる時期及び場所に提出すること。

(1) 申請の時期

平成27年10月13日（火）から同年11月16日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分まで。

なお、申請者が期日以降に申請を希望する場合は、その後も随時に受け付けるが、入札に間に合わない場合がある。

(2) 申請書類の入手及び提出先

大分県会計管理局用度管財課物品調達班

〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号

電話　097-506-2964

5　契約に関する事務を担当する部局の名称

上記４の(2)に掲げる部局とする。

6　契約条項を示す場所及び日時

(1) 場所

上記４の(2)に同じ

(2) 日時

平成27年10月13日（火）から同年11月26日（木）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分まで。

7　入札説明書の交付場所及び日時

上記６に同じ

8　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

(1) 使用言語　日本語

(2) 通　　貨　日本国通貨

9　入札書の提出場所及び提出期限

(1) 提出場所　大分県会計管理局用度管財課物品調達班

(2) 提出期限　平成27年11月26日（木）午後１時30分

ただし、郵送の場合は平成27年11月25日（水）までに必着すること。

10　開札の場所及び日時等

(1) 開札場所　大分県庁舎本館２階　入札室

(2) 日　　時　平成27年11月26日（木）午後１時30分

(3) 再度入札　開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の８第４項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合は直ちにその場で、郵便による入札を含む場合は別に定める場所及び日時に行うものとする。

11　大分県契約事務規則の適用

入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則（昭和39年大分県規則第22号）の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加するこ

と。

12　入札保証金に関する事項

見積金額の100分の５以上の入札保証金を納付すること。ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。

13　入札参加時の注意点

(1) 入札には、上記３の(2)に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札の参加、契約の締結及び物品の納入、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の事項の権限を有する者として登録を受けた者（以下「本人」という。）が参加することを原則とする。

(2) 本人が入札に参加する場合、入札書は別添の入札書（本人入札用）を使用すること。

(3) 代理人が入札に参加する場合は、別添の様式による委任状を入札前に提出するとともに、入札書は別添の入札書（代理人入札用）を使用すること。

(4) 入札書及び委任状は「別添１：入札書、委任状の記載等について」により作成すること。また、「別添２から別添４－３まで」を参照のこと。

(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 入札に参加する者は、開札の場所及び日時に入札書（及び委任状）に使用する印鑑を持参すること。

(7) 印鑑は、いわゆるシャチハタ等のインキ浸透印は使用できない。

14　入札の無効

大分県契約事務規則第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。

なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。

(1) 金額の記載がない入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札書が所定の場所及び日時に到達しない入札

(4) 入札書に本人又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

15　落札者の決定の方法

(1) 有効な入札書で、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじによる落札者決定を行う。この場合、当該入札者がくじを引かないときは、当該入札事務に関係のない職員に代わりにくじを引かせるものとする。

(3) 再度入札は１回までとし、再度入札の結果落札者が決定しない場合は、随意契約に移行又は手続を改めるものとする。

16　契約保証金に関する事項

契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、次の場合は、契約保証金の全部又は一部の納付が免除される。

なお、落札者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かに関わらず、提出した入札書に記載した金額に、当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を契約金額とする。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去２年間に国又は都道府県と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

17　契約に関する注意事項

落札者決定通知の日から７日以内に、県が作成する様式による物品購入契約書に必要事項を記載し、記名押印のうえ上記16に掲げる契約保証金を添えて提出してください。

18　質問書の受付・回答

本調達に関する質問については、書面（仕様書中「別紙２」）により受付のうえ、質問の内容及び回答を大分県庁のホームページに掲載するので、必要な場合は次により質問書を書面で提出すること。

(1) 提出先

大分県会計管理局用度管財課物品調達班

(2) 受付期間

平成27年10月13日（火）午前９時00分から同年10月30日（金）の午後５時00分まで

(3) 受付方法

持参、郵送又はＦＡＸのいずれかの方法により提出すること

(4) 回答期日

平成27年11月６日（金）午後５時00分

(5) ホームページ掲載期間

平成27年11月６日（金）午後５時00分から平成27年11月26日（木）午後５時00分まで

19　その他

この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

20　Summary

(1) Nature and quantity of the products to be purchased

neonatal ambulance

(2) Delivery Deadline

March25,2016

(3) Delivery Place

Oita Prefectural Hospital

(4) Time limit for tender

1:30p.m.November26,2015

(5) Management Bureau Address

Property Management Division

Oita Prefectural Government

3-1-1 Ohte-machi, Oita city 870-8501

TEL 097-506-2964

# 新生児用救急車仕様書

本仕様書は大分県知事広瀬勝貞（以下、「発注者」という。）が、平成２７年度に調達する新生児用救急車の車両及び艤装の仕様について定める。
検査は中間検査及び完成検査とし、中間検査は救急車を製作中の工場とし、完成検査は発注者が指定する場所で行うものとする。
納入場所は大分県立病院とする。
納入期限は平成２８年３月２５日とする。
保証期間は、装備品については１年間とし、車両についてはメーカーの定める期間とする。
自賠責保険、自動車重量税及び自動車リサイクル費用は発注者の負担とする。
登録その他の諸費用は、入札金額に含めるものとする。
本仕様書に明記していない仕様について、疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。

## 目的物

| | |
|---|---|
| 新生児用救急車 | １台 |
| 医療機器（取付費共） | 一式 |
| 付属品 | 一式 |

## 提出書類

受注者は落札後、救急車の製作前に次の書類を提出すること。

| | |
|---|---|
| 作業工程及び作成概要図 | ３部 |
| 艤装四面図 | ３部 |
| 装備品取付図 | ３部 |
| 電気配線図（車両・リフト）・油圧系統図（リフトのみ） | ２部 |

完成検査時に次の書類を提出すること。

| | | |
|---|---|---|
| 艤装四面図（完成図） | 紙ベース及びＣＡＤデータ | ２部 |
| 取扱説明書 | | ２部 |
| 電気配線図（車両・リフト）・油圧系統図（リフトのみ） | | ２部 |
| 取付品一覧表（品名・製造会社・住所・電話番号） | 紙ベース及びＥＸＣＥＬデータ | ２部 |
| 車両写真（前面・左右側面・後面） | 紙ベース及び電子データ | ２部 |
| 医療機器写真（品目ごと） | 紙ベース及び電子データ | ２部 |
| 改造自動車等届出書 | | １部 |

## 構造概要

道路運送車両法の保安基準に適合するものであること。
道路交通法に定める緊急自動車としての装備を備えたものであること。
車体は鋼製骨格・鋼板張りであること。
付属品及び使用材料は、ＪＩＳ、ＪＡＢＩＡ、ＪＡＳＯ、ＳＡＥ等の規格品であること。
耐水・耐震・防塵に留意したものであること。
総体的に重量軽減を行い、積載品を搭載したときの前後、左右のバランスを考慮すること。

## 主要諸元

| | |
|---|---|
| 運転席 | 右側 |
| 乗車定員 | ６名以上 |
| エンジン燃料 | レギュラーガソリン |
| エンジン出力 | １５０ＰＳ以上 |
| 燃料タンク | ６５リットル以上 |
| 駆動方式 | フルタイム４ＷＤ |
| 変速装置 | オートマチック |
| 寒冷地仕様 | 寒冷地での仕様を考慮した機器等を装備 |
| 夏用タイヤ | ラジアルタイヤ　１８５／８０Ｒ１５または１９５／８０Ｒ１５ |
| 冬用タイヤ | スタッドレスタイヤ |
| スペアタイヤ | スタッドレスタイヤ　　車体下部に取付け |
| ※タイヤ計９本はホイール共とする。 | |
| ステアリング | パワーステアリング式 |
| オルタネーター | １５０Ａ |
| サスペンション（前） | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| サスペンション（後） | 車軸式半楕円板ばね |
| ブレーキ制御 | ＡＢＳ |

全長（参考値）　５，６００ｍｍ
全幅（参考値）　１，８８０ｍｍ
全高（参考値）　２，４６０ｍｍ
患者室天井高（参考値）　１，６３０ｍｍ
※全長・全幅・全高・患者室天井高は参考値であり高規格救急車準拠としても良い。
リアドアー　跳ね上げ式

座席構成

| | | |
|---|---|---|
| 運転席 | | １席 |
| 指揮者席（助手席） | | １席 |
| 前向き席 | ハイバックシート | １席 |
| 横向き席 | 跳ね上げ式２人掛け | １式 |

外装関係
左面のガラスは下から２／３の高さまで白曇りフィルム貼り付けのこと。
右面のガラスは全面白フィルム貼り付けのこと。
後面のガラスは下から２／３の高さまで白曇りフィルム貼り付けのこと。
その他、赤ライン、車体の文字は発注者との打ち合わせによる。

内装関係
床面
床面の仕上げはロンリューム貼りとする。
リフト使用時に、床面とリフトがフラットになるよう調整すること。

搬送用保育器の固定　１箇所
搬送用保育器高低スタンド用の固定金物により、保育器の手入れ窓と横向き跳ね上げ席の１席とが正対するように取り付けること。

人工呼吸器の固定　１箇所
人工呼吸器用の固定金物により、運転席の後ろに取り付けること。

左サイドカーテン　１箇所
左面の窓のサイズに合わせて、レール式のカーテンを取り付けること。

後扉カーテン　１箇所
後扉の窓のサイズに合わせて、レール式のカーテンを取り付けること。

装備品・オプション仕様

| | | |
|---|---|---|
| パワーリフト | 半自動式　昇降能力１８０ｋｇ以上 | １台 |
| 外部入力コンセント | マグネットコンセント | １個 |
| フロントフォグランプ | | 一式 |
| サイドバイザー | 運転席・指揮者席 | 一式 |
| 大型ステップリヤバンパー | （ＳＵＳ製） | 一式 |
| マッドガード | 全輪 | 一式 |
| パワーウインドウ | | 一式 |
| リモコンドアロック | | 一式 |
| ナンバー枠 | | 一式 |
| バックブザー | | 一式 |
| オーディオレス | | 一式 |
| カーナビゲーション | 東九州自動車道佐伯ー蒲江間の開通が地図に反映されているもの。 | １台 |
| バックアイカメラ | カーナビゲーションとモニターを兼用。 | １台 |
| ＥＴＣ車載器 | 運転席に着席したままＥＴＣカードを取り出せること。 | １台 |
| ＳＲＳエアバッグ | 運転席・指揮者席 | 一式 |
| ドアミラー | 運転席・指揮者席　電動折りたたみ式 | １組 |
| アンダーミラー | フロント･リア | 各１個 |

空調関係

| | |
|---|---|
| 冷房装置 | 車両標準の他リアクーラー |
| 暖房装置 | 車両標準の他リアヒーター |
| 換気装置 | 患者室後方天井にフィルター付き換気扇 |

酸素・空気配管等

患者室に１，５００Ｌ用酸素ボンベ１本・空気ボンベ１本を脱着できるように取り付けること。
酸素１連アウトレットを１組と空気１連アウトレットを１組取り付け、酸素用・空気用フレキシブルパイプで配管すること。アウトレットは取出し面が床面に対して垂直になるよう取り付けること。

電装関係

| | | | |
|---|---|---|---|
| 大型散光式警光灯 | 屋根前部（ＬＥＤ） | パトライト社　エアロブーメラン | 一式 |
| 側面点滅灯 | 屋根後部（ＬＥＤ） | パトライト社 | 一式 |
| フロント赤色点滅灯 | フロントグリル（ＬＥＤ） | パトライト社 | ２個 |
| サイレンアンプ | 救急車用音声合成付き | パトライト社 | １台 |
| フレキシブルマイク | | | １個 |
| オルタネーター | １５０Ａ | | 一式 |
| ドライブレコーダー | カメラ部を３４０度転できるもの。患者室に取付け。 | | １台 |
| メモリカード | ドライブレコーダー用　３２ＧＢ | | １枚 |
| ＡＣ１００Ｖコンセント | 患者室右側　２連 | | ４個 |
| ＤＣ－ＡＣ正弦波インバーター（１，５００Ｗ） | | | １個 |
| ＤＣシガーソケット | 指揮者席 | 携帯電話充電用 | １個 |
| 指揮者席手元灯 | | | １個 |
| 患者室室内灯 | ＬＥＤ式 | | ４台 |
| 患者灯 | | | ２個 |
| バックドアスポットランプ | | | ２個 |
| 電波修正時計 | アナログ式 | | １個 |
| バッテリー充電器 | | | １式 |

その他取付け品

| | | |
|---|---|---|
| ネットシェルフ | 室内天井・ロング・前後 | ２個 |
| 天井手すり | | ２本 |
| 患者室右面には医療資機材を有効に固定できる台を設けること。 | | １式 |
| シリンジポンプ取付けポール | 患者室右面レールに取付け。 | １本 |
| ダストボックス（プラスチック製足踏み式） | | １個 |
| ペーパータオルホルダー　プラスチック製 | 内法　幅２８０×奥行１２０×高さ１２０程度 | １個 |
| 消毒ジェル置き場（ＳＵＳ製かご） | 幅１８０×奥行　９０×深さ１００程度 | １個 |
| 使用済み注射針箱置き場（ＳＵＳ製かご） | | １個 |
| ニトリルグローブ箱置き場 | | １個 |
| 患者室内温湿度計（丸形機械式） | | １個 |
| 運転席後ろ縦型収納庫 | 縦型　棚板２段 | １個 |
| 携帯電話ホルダー | 携帯電話を縦向きに保持できるもの | １個 |

※足踏み式シンクが標準装備されている場合は取り外すこと。

その他艤装品の概ねの位置は「艤装参考図」（別紙１）による。

医療機器

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ※例示品 | | | |
| 搬送用保育器 | アトムメディカル社　Ｖ－７０７ | | 22030 | １台 |
| 高低スタンド | アトムメディカル社　Ｖ－７０７用 | | 22006 | １台 |
| *以下高低スタンド追加品 | | | | |
| １５０Ｌボンベホルダー | アトムメディカル社 | | 22014 | ２個 |
| クランクポール | アトムメディカル社 | | 22017 | １個 |
| ＩＶポール | アトムメディカル社 | | 22038 | １個 |
| 酸素ボンベ１５０Ｌ | アトムメディカル社 | | 22019 | ２本 |
| セフティフロー | アトムメディカル社 | ＯＸ－２０２Ｂ | 34520 | １個 |
| セフティフロー | アトムメディカル社 | ＯＸ－２４０Ｂ | 34500 | ２個 |
| ＭＦレール２６ｃｍ | アトムメディカル社 | | 23722 | １個 |
| ４連コンセント | アトムメディカル社 | | 33059 | １個 |
| 減圧調整器 | アトムメディカル社 | ＯＸ－２３５ | 34536 | １台 |
| 減圧調整器 | アトムメディカル社 | ＯＸ－２３６ | 34537 | １台 |
| ブレンダ | アトムメディカル社 | ＯＸ－３７０ | 34569 | ２台 |
| 光線治療器　スポットスタンドタイプ | アトムメディカル社 | ビリセラピー | 25401 | ３台 |
| シリンジポンプ | テルモ社　ＴＥ－３５１Ｑ | | | １台 |
| 酸素ボンベ　１，５００Ｌ | アルミ製 | | | １本 |
| 空気ボンベ　１，５００Ｌ | アルミ製 | | | １本 |
| 酸素減圧弁 | | | | １個 |
| 空気減圧弁 | | | | １個 |

| | | |
|---|---|---|
| 人工呼吸器 | 東機貿社　bellavista | １台 |
| *以下人工呼吸器追加品 | | １個 |
| ＴａｒｇｅｔＶｅｎｔ | 東機貿社　bellavista用　IMT180-TV | １個 |
| ネオ | 東機貿社　bellavista用　IMT180-NA | １個 |
| 肺メカニクス | 東機貿社　bellavista用　IMT180-LM | １個 |
| リアルタイムトレンド | 東機貿社　bellavista用　IMT180-RT | １個 |
| エキスパートベント | 東機貿社　bellavista用　IMT180-EV | １個 |
| パルスオキシメーター | マシモジャパン社　New Radical-７ | １台 |
| *患者ケーブルを付属のこと。 | マシモジャパン社　LNOP Red PC-12 | |
| 吸引器 | レールダル社　サクションユニット　LSU4000 | １台 |
| シリコンレサシテータ | レールダル社　85005505 | １個 |
| ベビーボード | ファーノ社　モデル６７６　FW-1901-112 | ３台 |
| 超音波画像診断装置 | 富士フイルム社　Ｍ－Ｔｕｒｂｏ | １式 |

※ 超音波画像診断装置については、大分県立病院が平成２８年２月頃に選定する電子カルテと連携できるように措置すること。

| | | |
|---|---|---|
| ステップ台 | アズワン社　8-7834-01 | １個 |
| ＥＭＭＡ救急用カプノメーター | マシモジャパン社　ＰＮ３６３９ | ２個 |
| *ＥＭＭＡ新生児用エアウェイアダプタ | マシモジャパン社　ＰＮ１７４９　１０個入り箱 | １箱 |
| ＰＯＣＴ血液分析器 | 扶桑薬品　アイスタット１アナライザー | １台 |
| *以下ＰＯＣＴ血液分析器追加品 | | |
| 充電池 | 扶桑薬品　アイスタット１アナライザー用 | １組 |
| ダウンローダー | 扶桑薬品　アイスタット１アナライザー用 | １台 |
| プリンター | 扶桑薬品　アイスタット１アナライザー用 | １台 |
| セラミックカートリッジ | 扶桑薬品　アイスタット１アナライザー用 | １個 |

車両付属品

| | | |
|---|---|---|
| 標準工具 | | １式 |
| フロアーマット | 運転席・助手席 | １組 |
| 三角表示板 | | １枚 |
| 充電ケーブル | ８ｍ・外部入力コンセント（マグネットコンセント）接続用 | １本 |
| 車輪止め | | ２個 |
| 消火器 | アルミ蓄圧式６型 | １本 |
| キー | リモコン式 | ２本 |

引渡し時の条件

レギュラーガソリンを６０Ｌ以上給油した状態で引渡しすること。
冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）４本装着で引渡しすること。

保守点検の条件

車体メーカーの整備工場が大分県内に位置し、毎月点検を行えること。
【参考】現在の点検内容及び点検委託料は健康対策課にて閲覧可

納入品認定手続き

本入札に参加しようとする場合は、下記により納入品認定の手続を行うこと。

**提出書類**

（１）納入品認定申請書（別紙３－１）及び納入品認定申請物品一覧（別紙３－２）
※ステープラーで長辺（左側）２か所留めのうえ、割印を押印したものを提出のこと。なお、全て例示品で入札に参加する場合も提出は必要である。
（２）申請物品のカタログ等性能の分かる資料（例示品については提出不要）
（３）返信用封筒（納入品認定結果通知書返信用。返信に必要な切手を貼付すること）

**提出期限**

平成２７年１１月１３日（金）　１７時

**提出先**

大分県福祉保健部　健康対策課
母子保健班　担当：佐藤（文）　ＴＥＬ：０９７－５０６－２６７２

**納入品認定結果の通知**

審査の結果、申請のあった納入品認定申請書物品一覧での入札を認める場合は、平成２７年１１月１９日（木）までに「納入品認定結果通知書」を発送する。１１月１９日（木）までに通知が届かない場合は、健康対策課担当あてに問合せを行うこと。

**その他**

**上記提出期限以降も提出書類を随時に受け付けるが、入札に間に合わない場合がある。**

検査員

| | | | |
|---|---|---|---|
| （主任） | 健康対策課 | 課長補佐（総括） | 衛藤　照美 |
| （副任） | 健康対策課 | 主幹 | 佐藤　文彦 |

納品管理等担当課

大分県福祉保健部　健康対策課

母子保健班　担当：佐藤（文）　ＴＥＬ：０９７－５０６－２６７２

契約事務担当課

大分県会計管理局　用度管財課

物品調達班　担当：磯崎　ＴＥＬ：０９７－５０６－２９６４













## 注記

- 床面フラット　６５ｍｍ床上げ
- 半自動リフト　Ｋ１１５５－１２０２ＨＷ－Ｒ　油圧ポンプ右側仕様
- ＬＥＤ式散光式警光灯　ＡＸＳ－１２ＬＫＦ－ＲＲ－ＳＰ１　パトライト製
- 側面ＬＥＤ点滅灯　ＬＡＲ－１２　２個　パトライト製
- フロントＬＥＤ点滅灯　ＬＰ３－Ｍ１　２個　パトライト製
- サイレンアンプ　ＳＡＰ－５００ＲＢＶＫ　パトライト製
- フレキシブルマイク
- 縦型収納庫
- 跳ね上げ式天板　着脱式足付き
- 右側作業棚
- ＡＣコンセント　４個
- メディカルポール　１本
- 空気ボンベ固定装置　１本
- 酸素ボンベ固定装置　１本
- 酸素及び空気配管　１式
- 保育器固定装置
- 路肩灯
- 室内ＬＥＤ灯　４個
- 患者灯　２個
- 点滴フック　１個
- 天井手すり　２個
- ネットシェルフ　２個
- １人掛け席　天龍工業製ＪＡＢＩＡシート　１脚
- ２人掛け横向き跳ね上げ席　シートベルト付
- インバーター　１５００Ｗ　正弦波　ＣＳＡＳ－Ａ１５００Ｒ
- サブバッテリー、アイソレータ
- 充電器　１０Ａ　商用切替ＳＷ取り付け
- 外部入力マグネットコンセント　コード３ｍ
- 足置き台　顧客支給品積み込み
- 携帯収納庫　顧客支給品取り付け
- 壁掛けフック　５個
- ドライブレコーダー　ＨＢＭ６０（ＤＣ１２Ｖ）　ＫｏｏｌＲｉｖｅｒ製
- 赤ライン塗装
- 文字記入
- 消火器　アルミ蓄圧式６型
- 電波時計
- 夜間照明装置　ＬＥＤ式
- 白フィルム貼付け　右窓全面
- くもりフィルム貼付け　左及び後部窓２/３
- 大型リアステップ
- 輪止め
- リアサスペンション交換

- 搭載機器
  保育器　Ｖ－７０７　アトム製
  血圧計　Ｒａｇｉｃａｌ－７　ＭＡＳＩＭＯ製
  シリコン・レサシテータ　Ｌａｅｒｄａｌ製
  吸引器　ＬＳＵ４０００　Ｌａｅｒｄａｌ製
  人工呼吸器　ｂｅｌｌａｖｉｓｔａ　ＴＯＫＩＢＯ製
  シリンジポンプ　ＴＥ－３５１　ＴＥＲＵＭＯ製
  超音波診断装置　Ｍ－Ｔｕｒｂｏ　富士フィルム製

- 車両オプション
  オーディオレス
  ＬＥＤヘッドランプ
  リアクーラー
  リアヒーター
  寒冷地仕様
  エアバック（助手席）
  フロアーマット
  サイドバイザー
  フォグランプ
  マッドガード
  ナンバー枠
  ナビ＋バックガイドモニター
  ＥＴＣ
  バックブザー

平成２７年度　健康対策課

新生児救急車　艤装参考図

別紙２

一般競争入札　新生児用救急車

# 質　　問　　書

大分県会計管理局用度管財課　宛

| 平成　　年　　月　　日 | |
|---|---|
| 業　者　名 | |
| 担 当 者 名 | |
| ＦＡＸ番号 | |

**◇質問の種別**（該当する項目にチェックを入れてください。）

□入札及び契約事務手続に関すること

□仕様書（特記仕様書を含む）に関すること

**◇質問内容**

別紙３－１

平成　　年　　月　　日

大分県知事　広 瀬 勝 貞　殿

〒

住　所

（ふりがな）

商号又は名称

（ふりがな）

氏　名　　印

（法人にあっては、代表者の職氏名）

# 納入品認定申請書

新生児用救急車一式の調達に係る入札については、別添の「納入品認定申請物品一覧」で入札に参加したいので、承認いただきますようお願いします。

なお、当該規格等は仕様書で示された規格等と同等以上であることを証明します。

# 納入品認定申請物品一覧



| 例示品 | | 申請物品（例示品を納品の場合は記入不要） | | | 判定等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 規格 | 資料No. | 規格（メーカー、品番を併せて記載すること） | 税抜価格単価合計 | 可 | 否 |
| 救急車（リフト付） | トヨタ　ハイエース　バン<br>TRH226K-LRTDK-G | | | | | |
| 搬送用保育器 | アトムメディカル<br>Ｖ－７０７　　22030 | | | | | |
| 高低スタンド | アトムメディカル<br>Ｖ－７０７用　　22006 | | | | | |
| *以下高低スタンド追加品 | | | | | | |
| １５０Ｌ<br>ボンベホルダー | アトムメディカル<br>22014 | | | | | |
| クランクポール | アトムメディカル<br>22017 | | | | | |
| ＩＶポール | アトムメディカル<br>22038 | | | | | |
| 酸素ボンベ<br>１５０Ｌ | アトムメディカル<br>22019 | | | | | |
| セフティフロー | アトムメディカル<br>ＯＸ－２０２Ｂ　34520 | | | | | |
| セフティフロー | アトムメディカル<br>ＯＸ－２４０Ｂ　34500 | | | | | |
| ＭＦレール２６ｃｍ | アトムメディカル<br>23722 | | | | | |
| ４連コンセント | アトムメディカル<br>33059 | | | | | |
| 減圧調整器 | アトムメディカル<br>ＯＸ－２３５　　34536 | | | | | |
| 減圧調整器 | アトムメディカル<br>ＯＸ－２３６　　34537 | | | | | |
| ブレンダ | アトムメディカル<br>ＯＸ－３７０　　34569 | | | | | |
| 光線治療器<br>スポットスタンドタイプ | アトムメディカル<br>ビリセラピー　　25401 | | | | | |

# 納入品認定申請物品一覧



| 例示品 | | 申請物品（例示品を納品の場合は記入不要） | | | 判定等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 規格 | 資料No. | 規格（メーカー、品番を併せて記載すること） | 税抜価格単価合計 | 可 | 否 |
| シリンジポンプ | テルモ<br>ＴＥ－３５１Ｑ | | | | | |
| 酸素ボンベ | １，５００Ｌ　アルミ製 | | | | | |
| 空気ボンベ | １，５００Ｌ　アルミ製 | | | | | |
| 人工呼吸器 | 東機貿<br>bellavista | | | | | |
| *以下人工呼吸器追加品 | | | | | | |
| ＴａｒｇｅｔＶｅｎｔ | 東機貿<br>bellavista用　IMT180-TV | | | | | |
| ネオ | 東機貿<br>bellavista用　IMT180-NA | | | | | |
| 肺メカニクス | 東機貿<br>bellavista用　IMT180-LM | | | | | |
| リアルタイムトレンド | 東機貿<br>bellavista用　IMT180-RT | | | | | |
| エキスパートベント | 東機貿<br>bellavista用　IMT180-EV | | | | | |
| パルスオキシメーター | マシモジャパン<br>New Radical-７ | | | | | |
| *付属患者ケーブル | マシモジャパン<br>LNOP Red PC-12 | | | | | |
| 吸引器 | レールダル<br>サクションユニット　LSU4000 | | | | | |
| シリコンレサシテータ | レールダル<br>85005505 | | | | | |
| ベビーボード | ファーノ<br>モデル６７６　FW-1901-112 | | | | | |
| 超音波画像診断装置 | 富士フイルム<br>Ｍ－Ｔｕｒｂｏ | | | | | |

# 納入品認定申請物品一覧



| 例示品 | | 申請物品（例示品を納品の場合は記入不要） | | | 判定等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 規格 | 資料№. | 規格（メーカー、品番を併せて記載すること） | 税抜価格単価合計 | 可 | 否 |
| ステップ台 | アズワン<br>8-7834-01 | | | | | |
| 救急用カプノメーター | マシモジャパン<br>ＰＮ３６３９ | | | | | |
| *新生児用<br>エアウェイアダプタ | マシモジャパン<br>ＰＮ１７４９　１０個入り箱 | | | | | |
| ＰＯＣＴ血液分析器 | 扶桑薬品<br>アイスタット１アナライザー | | | | | |
| *以下ＰＯＣＴ血液分析器追加品 | | | | | | |
| 充電池 | 扶桑薬品<br>アイスタット１アナライザー用 | | | | | |
| ダウンローダー | 扶桑薬品<br>アイスタット１アナライザー用 | | | | | |
| プリンター | 扶桑薬品<br>アイスタット１アナライザー用 | | | | | |
| セラミックカートリッジ | 扶桑薬品<br>アイスタット１アナライザー用 | | | | | |

別紙３－３

健　対　第　　号
平成　　年　　月　　日

殿

大分県知事　　広　瀬　勝　貞

# 納入品認定結果通知書

平成２７年　　月　　日に申請のあった納入品認定申請については、審査の結果別添の「納入品認定申請物品一覧」で入札に参加することを認めるので通知します。

大分県福祉保健部健康対策課
担当：

# 入　札　書　（本人入札用）

| ￥ |
|---|

ただし、用品代金（消費税及び地方消費税を除いた額）

## 内　訳

| 品　名 | 規格・品質・仕様 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新生児用救急車 | 仕様書のとおり | 1 | 円 | 円 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

大分県契約事務規則を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

**平成27年11月26日**

住　　所

商　号　ま　た　は
名　　称

代　表　者　氏　名　　印

契約担当者　大分県知事　　広瀬　勝貞　　殿

# 委　任　状

受任者
住　所
氏　名　　印

右の者を代理人と定め左記の権限を委任いたします

一般競争入札　　新生児用救急車　　の入札（見積）

平成　27　年　11　月　26　日

委任者
住　所
商号又は名称
代表者氏名　　印

大分県知事　広瀬　勝貞　殿

# 入　札　書　（代理人入札用）

| ￥ |
|---|

ただし、用品代金（消費税及び地方消費税を除いた額）

## 内　訳

| 品　名 | 規格・品質・仕様 | 数量 | 単　価 | 金　額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新生児用救急車 | 仕様書のとおり | 1 | 円 | 円 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

大分県契約事務規則を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

**平成27年11月26日**

住　　所

商号または
名　　称

代表者氏名

代理人氏名　　印

契約担当者　大分県知事　　広瀬　勝貞　　殿

# 別添１：入札書、委任状の記載等について

## １　本人が入札に参加する場合（別添３－１、３－２を参照）

ここでいう**本人とは**、「入札参加資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札の参加、契約の締結、代金の請求及び受領並びにこれらに附帯する一切の事項の権限を有する者として登録を受けた者」のことです。

□入札書（本人入札用）を使用し、金額はすべて「見積もった金額の１０８分の１００に相当する額（消費税及び地方消費税相当額抜き）」で記入してください。
□**「住所」、「商号または名称」及び「代表者氏名」を記載**してください。
□入札参加資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て届出した印を押印してください。

## ２　代理人が入札に参加する場合（別添４－１、４－２、４－３を参照）

ここでいう**代理人**とは、**本人**から、**本調達の入札に関する権限を受任した者のこと**です。

□代理人が入札に対応する場合は、必ず委任状を提出してください。
□受任者の欄には、代理人の住所及び氏名を記載のうえ、「代理人が入札書に使用する印鑑**（代理人印）」**を押印してください。
□委任者の欄には、本人の住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載のうえ、入札参加資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て届出した印**（本人印）**を押印してください。
□入札書（代理人入札用）を使用し、金額はすべて「見積もった金額の１０８分の１００に相当する額（消費税及び地方消費税相当額抜き）」で記入してください。
□**本人の「住所」、「商号または名称」及び「代表者氏名」を必ず記載**してください。
□**代理人氏名を記載のうえ委任状に使用した「代理人印」を押印してください。**

## ３　準備していただく入札書の枚数

・１回目の入札で落札者が決定しない場合は、再度入札を行います。
・再度入札は原則として２回まで行いますので、**入札書は３枚準備**してください（添付書類がある場合は１回目の入札書のみに添付してください。）。
・再度入札を辞退する場合は、準備していただいた入札書の首標金額欄に「辞退」と記載して提出してください。

## ４　その他

□入札室への入室は、入札者のみとさせていただきます。
□**提出のあった入札書は書換え、引換え又は撤回をすることができません**ので、入札の際は、記載内容に誤りがないか十分に確認の上、**封筒に入れて**投函してください。
□入札中の私語は慎んでください。

## 別添２：入札注意事項

**入札にあたっては、下記１から４までの事項に十分注意してください。**
**これらの事項に沿っていない場合は、当該入札が無効となることがあります。**

**１　入札は本人が行うことが原則です。**

**２　代理人が入札する場合は必ず委任状を提出してください。**
**この場合、委任状には委任者及び受任者双方の印を押印してください。**
なお、いわゆるシャチハタ等のインキ浸透印は使用できません。

**３　入札書の記載等は、次のとおりとしてください。**

（１）首標金額、内訳とも金額は「消費税及び地方消費税相当額抜きの額」を記載してください。

（２）内訳欄は合計まで記載し、首標金額と合計が一致するようにしてください。

（３）住所、商号または名称及び代表者氏名は、本人が入札するか代理人が入札するかに関わらず、必ず記載してください。

（４）本人が入札する場合は、入札書（本人入札用）を使用し、代表者氏名の後に本人の印を押印してください。

（５）代理人が入札する場合は、入札書（代理人入札用）を使用し、上記（３）と合わせて代理人氏名を記載（記名）のうえ、代理人の印（上記２に掲げる委任状と同一の印）を押印してください。

（６）記載事項を訂正する場合は、二本線をひいて正書し、本人が入札する場合は本人の印、代理人が入札する場合は上記（５）に掲げる代理人の印を押印してください。

**４　入札前に次の点を再確認してください。**

（１）記名・押印もれがないこと。

（２）金額が「消費税及び地方消費税相当額抜き」になっていること。

（３）日付が記入されていること。

| |
|---|
| 本注意事項は、入札室における入札書提出前に必ず確認していただく事項です。不明な点は事前にお問い合わせください。 |

別添３－１：入札書作成にあたっての注意事項（本人入札）

# 入　　札　　書　（本人入札用）

計欄と首標金額は一致

￥２，７００，０００－

ただし、用品代金（消費税及び地方消費税を除いた額）

## 内　　訳

| 品　　名 | 規格・品質・仕様 | 数量 | 単　価 | 金　　額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品① | 仕様書のとおり | 2 | 1,000,000円 | 2,000,000円 | |
| 物品② | 仕様書のとおり | 1 | 700,000円 | 700,000円 | |
| ◎首標金額と契約金額<br>・首標金額には消費税の課税事業者、免税事業者に関わらず、「落札した場合に県と契約する金額の『108分の100』に相当する金額」を記載してください。<br>・落札した場合は、課税事業者、免税事業者に関わらず「首標金額に『100分の108』を乗じた金額（１円未満切り捨て）」で契約させていただきます。 | | | | | |
| 計 | | | | 2,700,000円 | |

必ず単価も記載

計欄も必ず記載

大分県契約事務規則を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

平成〇年〇月〇日

〇入札の参加等の権限を有する者として登録を受けた者（本人）の住所商号又は名称、代表者氏名を記載してください。
〇入札参加資格審査申請又は変更届の手続を経て届出した印を押印してください。

住　　所

商号または名称

代表者氏名　　印

契約担当者　大分県知事　広　瀬　勝　貞　殿

別添３－２：入札書記載例（本人入札）

# 入　　札　　書　（本人入札用）

| ￥１０，０００，０００－ |
|---|

ただし、用品代金（消費税及び地方消費税を除いた額）

## 内　　訳

| 品　　名 | 規格・品質・仕様 | 数量 | 単　価 | 金　　額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○機械一式 | 仕様書のとおり | 2 | 5,000,000円 | 10,000,000円 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | 10,000,000円 | |

大分県契約事務規則を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

平成25年4月20日

住　　所　大分市大手町３－１－１

商号または名称　株式会社　大分ＡＢ機械

代表者氏名　代表取締役　○○　○○　　印

契約担当者　大分県知事　広　瀬　勝　貞　殿

別添４－２：委任状の記載例（代理人入札）

# 委　任　状

受任者
住　所　大分市府内町三の一〇の一
氏　名　□□　□□　代理人印

右の者を代理人と定め左記の権限を委任いたします

一般競争入札　〇〇機械一式　の入札（見積）

平成　25　年　4　月　20　日

委任者
住　所　大分市大手町三の一の一
商号又は名称　ＸＹ機工株式会社大分支店
代表者氏名　支店長　〇〇　〇〇　本人印

大分県知事　広　瀬　勝　貞　殿

別添４－１：入札書作成にあたっての注意事項（代理人入札）

# 入　　札　　書　（代理人入札用）

計欄と首標金額は一致

￥２，７００，０００－

ただし、用品代金（消費税及び地方消費税を除いた額）

## 内　　訳

| 品　　名 | 規格・品質・仕様 | 数量 | 単　価 | 金　　額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物品① | 仕様書のとおり | 2 | 1,000,000円 | 2,000,000円 | |
| 物品② | 仕様書のとおり | 1 | 700,000円 | 700,000円 | |
| ◎首標金額と契約金額<br>・首標金額には消費税の課税事業者、免税事業者に関わらず、「落札した場合に県と契約する金額の『108分の100』に相当する金額」を記載してください。<br>・落札した場合は、課税事業者、免税事業者に関わらず「首標金額に『100分の108』を乗じた金額（１円未満切り捨て）」で契約させていただきます。 | | | | | |
| 計 | | | | 2,700,000円 | |

必ず単価も記載

計欄も必ず記載

大分県契約事務規則を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

平成〇年〇月〇日

〇入札の参加等の権限を有する者として登録を受けた者（本人）の住所商号又は名称、代表者氏名を記載してください。

住　　所

商号または名称

代表者氏名

〇委任状に記載した代理人氏名を記載してください。
〇委任状に使用した代理人の印を押印してください。

代理人氏名　　印

契約担当者　大分県知事　広　瀬　勝　貞　殿

別添４－３：入札書記載例（代理人入札）

# 入　　札　　書　（代理人入札用）

| |
|---|
| ￥１０，０００，０００－ |

ただし、用品代金（消費税及び地方消費税を除いた額）

## 内　　訳

| 品　　名 | 規格・品質・仕様 | 数量 | 単　価 | 金　　額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○機械一式 | 仕様書のとおり | 2 | 5,000,000円 | 10,000,000円 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | 10,000,000円 | |

大分県契約事務規則を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

平成25年4月20日

住　　所　大分市大手町３－１－１

商号または名称　ＸＹ機工株式会社大分支店

代表者氏名　支店長　○○　○○

代理人氏名　□□　□□　　代理人印

契約担当者　大分県知事　広　瀬　勝　貞　殿

## 別添５：契約保証金について

### １　契約保証金の額と納付方法

**「契約金額（入札金額×１．０８）の１０％以上の額」**を落札通知の日から７日以内に、契約書その他の契約関係書類に添えて納めていいただきます。

### ２　契約保証金の納付方法

次のいずれかでお願いします。

・現金

・銀行振出しの小切手（自己宛の小切手）

※小切手での納付を希望される場合は、事前に相談をお願いします。

### ３　契約保証金の免除

次のいずれかの場合は、契約保証金を免除することができるので、ご相談ください。

**①保険会社との間に大分県知事を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。**

・保険期間の開始日：「落札決定通知の日から７日以内の日」

・保険期間の満了日：「納入期限の期日以降」

・**履行保証保険の保険証書原本を、落札通知の日から７日以内に契約書その他の契約関係書類に添えて提出**してください。

**②過去２か年の間に「国又は都道府県」と種類及び規模を同じくする契約を２回締結し、誠実に履行しているとき。**

・本社が県外にあり、大分県との契約を県内の営業所等に委任されている場合は、当該営業所等の契約実績によります。

・大分県の機関には、企業局、病院局（大分県立病院）を含みます。

・**過去２か年の間とは、「今回の入札案件の契約日から起算して過去２か年の間」**です。

・「種類」とは、印刷物の製造請負及び消耗品・備品の購入とします。

・「規模」は個別に判断しますので、ご相談ください。

・**以上に該当するときは、契約の事実を証明する書類として契約書の写し２件分を契約書その他の契約関係書類に添えて提出**してください。

第1号様式

# 物　品　購　入　契　約　書

発注者　　大分県知事　　広　瀬　　勝　貞　　（以下「甲」という。）と

受注者　　（以下「乙」という。）とは、

物品の売買について、次のとおり契約を締結する。

（契約の内容）

**第1条**　契約する物品、契約金額、規格品質、仕様、数量、納入期限、納入場所等は、別表のとおりとする。

（納入の通知）

**第2条**　乙は、物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。

（検査）

**第3条**　甲は、物品の納入を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。

2　甲は、検査の結果、契約内容の全部若しくは一部が契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、乙に対して修繕又は他品との交換を求めることができる。この場合において、前項の時期は、甲が乙から修繕又は交換を終了した旨の通知を受けた日から起算して10日以内とする。

（契約金の支払い時期）

**第4条**　甲は、前条の検査を完了したのち、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。

（納入遅延に対する遅延利息）

**第5条**　乙の責めに帰する理由により、納入期限までに物品を納入しない場合は、乙は甲に対して遅延利息を支払うものとする。

2　前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約金に対し年2.9パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

（部分払い）

**第6条**　甲が必要と認める場合は、乙は、物品の完納前に物品の既納部分に相当する金額以内の金額の部分払いを甲に請求することができる。

（契約の解除）

**第7条**　甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があつても、甲は賠償の責めを負わない。

1　納入期限までに物品の納入を終わる見込みがないとき。

2　天災地変その他乙の責めに帰すべき理由によらないで納入期限までに物品の納入ができないと認めたとき。

3　乙に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。

4　契約の履行に関し、不正の行為があると認めたとき。

5　乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。

（違約金）

**第8条**　甲は、乙の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を徴収する。

2　前項の違約金の額は、契約金額の100分の10に相当する金額とし、この違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。

（補則）

**第9条**　前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、大分県契約事務規則（昭和39年大分県規則第22号）に定めるところによる。

（協議）

**第10条**　この契約書に約定していない事項について約定する必要が生じたとき、又はこの契約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都度甲、乙協議して定める。

この契約が成立したことを証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保持する。

平成　　年　　月　　日

甲　　大分県知事　　広瀬　勝貞　　印

乙

住　　所

商号 又は 名称

代 表 者 氏 名　　印

別表

1　契約金額　￥

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　円）

2　内　　訳

| 物　品　名 | 規格品質 | 仕　様 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 円 | 円 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税 | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 納　入　期　限 | 平成　　年　　月　　日 | | | | | |
| 納　入　場　所 | | | | | | |

3　契約保証金　￥